



ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS/CE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 1105.01/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Qtd Unid	MARCA MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
32	<p>OFERTAMOS:</p> <p>ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO</p> <p>MÉTODOS: Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética e absorvância); Turbidimetria (fator ou curva de padrões e padrão); ELISA em tubos. Leituras mono e bicromáticas. Fluxo contínuo e cubeta 32uL, (vidro de quartzo 10mm).</p> <p>EXCLUSIVO com Incubadora: Embutida no corpo do equipamento, na forma de bloco térmico de aquecimento a seco, com 20 posições simultâneas para tubos de incubação das amostras dos pacientes, elimina necessidade de banho maria.</p> <p>MÉTODOS DE LEITURA: Aspiração entre 150 e 2000µL por fluxo contínuo para realização dos seguintes princípios de reação: Absorvância, ponto final (com e sem branco de reagente/amostra); Cinética; Tempo fixo; Dois pontos; Diferencial; Bi Cromático; Cálculo Fator; Curva de Calibração - (linear e não linear). Padrão ou múltiplos padrões; Fator, solução de soro, exponencial, polinomial, parábola.</p> <p>IMPRESSORA: Embutida no corpo do equipamento, tipo térmica para papel de 57mm.</p> <p>DISPLAY: Monitor LCD - 7,8" - Touch Screen. Ícones tipo Pop-up. Fácil utilização. Acompanha caneta dedicada.</p> <p>MEMÓRIA: Automática com capacidade de armazenamento de até 200 programações de</p>	01 und	Sinnova Modelo: SX-3000M	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00



<p>protocolos de reagentes e, pelo menos, dez mil resultados de testes realizados.</p> <p>FONTE DE LUZ: Lâmpada de Halogênio / Tungstênio. 6v-10w ou LED (opcional). Sistema stand by. Longa duração + 2000H.</p> <p>FILTROS DE ONDA: Até 9 (sete fixos + 2 opcionais). Range a escolher entre 340 a 800nm.</p> <p>PRECISÃO DOS FILTROS: Banda de passagem de 2nm a 8nm.</p> <p>ESCALA DE MEDIÇÃO: -0,100~4,500 O.D.</p> <p>LINEARIDADE FOTOMÉTRICA: $\pm 2\%$ (-0,100~4,500 O.D).</p> <p>EXATIDÃO FOTOMÉTRICA: $\pm 1\%$ (-0,100~4,500 O.D). Desvio: $\leq 1\%$</p> <p>TEMPERATURAS DE REAÇÃO: Sistema controlado por Peltiers. Regulável entre 20°C e 40°C. com precisão de ± 0.1 °C.</p> <p>SOFTWARE: Versões em Inglês e/ou Português. Saídas RS232 (dados) e USB (Acessórios). Permite teclado e mouse externo. Fácil utilização.</p> <p>CONTROLE DE QUALIDADE: Auto-armazenável pode ser exibido em tela e ou impresso. Completo incluindo gráficos de Levey Jennings, gráficos X-R e regras múltiplas de Westgard.</p> <p>VOLTAGEM: Bivolt automático.</p> <p>Garantia de 12 meses</p> <p>Marca Sinnowa – Modelo SX3000m</p> <p>Registro no MS-ANVISA: 81452980009</p>				
---	--	--	--	--

Total da Proposta = R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

PRAZOS:

PAGAMENTO: Até 10 Dias úteis após entrega definitiva.
ENTREGA: Até 5 dias úteis após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a partir de sua apresentação (OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO).
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.



DECLARAÇÕES:

DECLARAMOS, sob as penas da lei:

- a) conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Ribeirão Preto, 20 de maio de 2022

SINNOWA
HEALTHCARE

CE

ISO
13485



Registro:
80508180002

COMISSÃO DE PREGÃO
Fis. 178
Rubrica



SX-3000 M

ANALISADOR BIOQUÍMICO

Semiautomático



SX-3000 M ANALISADOR BIOQUÍMICO



agenciorange

	CARACTERÍSTICAS SINNOWA	TECNOLOGIA SINNOWA	BENEFÍCIOS
INOVAÇÕES	Métodos	Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética e absorvância); Turbidimetria (fator ou curva de padrões e padrão); ELISA em tubos.	Leituras mono e bicromáticas. Fluxo contínuo e cubeta 32uL (vidro de quartzo 10mm).
	Incubadora Embutida	EXCLUSIVO bloco térmico (banho seco) com 20 posições para tubos de amostras.	Pré-incubação das amostras. Dispensa uso de banho maria.
	Impressora	Tipo térmica (57mm) embutida.	Rápida e silenciosa.
	Monitor	Monitor LCD - 7,8" - Touch Screen. Acompanha caneta dedicada.	Ícones tipo Pop-up. Fácil utilização.
	Memória	Alta capacidade. Tipo contínua.	200 programações de reagentes. Mais de 10.000 resultados de testes.
SISTEMA FOTOMÉTRICO	Fonte de Luz	Lâmpada de Halogênio / Tungstênio. 6v-10w ou LED (opcional).	Sistema stand by. Longa duração + 2000H.
	Filtros	Até 9 (sete fixos + 2 opcionais). Range a escolher entre 340 a 800nm.	Ampla cobertura. Longa durabilidade.
	Precisão dos Filtros	Banda de passagem de 2nm a 8nm.	Resultados precisos.
SISTEMA DE LEITURA	Princípios de Reação	Absorvância, ponto final (com e sem branco de reagente/amostra); Cinética; Tempo fixo; Dois pontos; Diferencial; Bi Cromático; Cálculo Fator; Curva de Calibração - (linear e não linear). Padrão ou múltiplos padrões; Fator, solução de soro, exponencial, polinomial, parábola.	Realiza todos os tipos de Bioquímica e Turbidimetria. Bomba peristáltica. Aspiração entre 150 e 2000uL.
	Escala de Medição	-0,100-4,500 O.D.	Acurácia e reprodutibilidade de resultados.
	Linearidade Fotométrica	± 2% (-0,100-4,500 O.D).	
	Exatidão Fotométrica	± 1% (-0,100-4,500 O.D).	
	Desvio	≤ 1%.	
CONTROLE TEMPERATURA	Temperaturas de Reação	Sistema controlado por Peltiers. Regulável entre 20°C e 40°C.	Precisão de ± 0,1 °C.
SOFTWARE	Sistema Operacional	Versões em Inglês e/ou Português. Saídas RS232 (dados) e USB (Acessórios).	Permite teclado e mouse externo. Fácil utilização.
	Controle de Qualidade (CQ)	Completo incluindo gráficos de Levey Jennings, gráficos X-R e regras múltiplas de Westgard.	Resultados armazenados na memória.
DIMENSÕES	Medidas	Altura 16cm - Largura 35cm Profundidade 37cm.	Compacto.
	Peso	8Kg.	Leve e portátil.
ALIMENTAÇÃO	100 a 240v	Bivolt automático.	Proteção contra queda de energia.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME		
CNPJ	07.776.581/0001-05	Autorização	8.14.529-8
Produto	Analisador Bioquimico Semi Automático Sinnowa		

Modelo Produto Médico

SX-3000M

SX-3100

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Fotometro
Registro	81452980009
Processo	25351.048034/2018-63
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



ISSN 1677-7042



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional



SEÇÃO

1

Suplemento ao Nº 48

Brasília - DF, segunda-feira, 12 de março de 2018

Sumário

PÁGINA

Ministério da Saúde 1

Ministério da Saúde

**AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANTÁRIA**
DIRETORIA DE AUTORIZAÇÃO
E REGISTRO SANITÁRIOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 544, DE 8 DE MARÇO DE 2018

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 91, II alínea ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 209, de 17 de janeiro de 2018, resolve:

Art. 1º Deferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

ANEXO

NOME DA EMPRESA: 3M DO BRASIL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.00378-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: 3M DETERGENTE MULTITENZIMÁTICO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.529214/2013-32
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0378.0111.001-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2018
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222020 DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027290/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: 3M DETERGENTE MULTITENZIMÁTICO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.529214/2013-32
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0378.0111.003-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2018
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222020 DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027290/18-6

NOME DA EMPRESA: ACLIVE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.01924-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: ACLIVE DRX
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.007380/2003-13
NÚMERO DE REGISTRO: 3.1924.0062.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: BALDE PLÁSTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3201015 DETERGENTES DE USO PROFISSIONAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2045246/17-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAVCLEAN
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.200089/2002-23
NÚMERO DE REGISTRO: 3.1924.0060.001-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103071 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1350748/17-6

NOME DA EMPRESA: AEROFLEX INDÚSTRIA DE AEROSSOL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.07155-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: BUZZ OFF EXTREME MULTI INSETICIDA
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.347089/2017-54
NÚMERO DE REGISTRO: 3.7155.0002.001-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: LATA AEROSSOL
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3769 Reconsideração de Indeferimento
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0062200/18-7

NOME DA EMPRESA: ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.00388-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: NORCLOR DC 60
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.065951/2008-31
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0388.0030.001-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: SACO PLÁSTICO + BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3211051 DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2017159/17-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: FREXUS CH TABLETE
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.090818/2008-12
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0388.0029.001-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: BALDE PLÁSTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2017156/17-1

NOME DA EMPRESA: ATUANTE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA-ME
AUTORIZAÇÃO: 3.06154-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: ATUANTE SUPRA
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.631148/2017-98
NÚMERO DE REGISTRO: 3.6154.0001.001-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: GALÃO PLÁSTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300213 DETERGENTE PARA USO ESPECÍFICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: ATUANTE SUPRA
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.631148/2017-98
NÚMERO DE REGISTRO: 3.6154.0001.002-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300213 DETERGENTE PARA USO ESPECÍFICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: AUTOLIMPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
AUTORIZAÇÃO: 3.05321-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESENGRAXANTE ALCALINO DX 10.000
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.549708/2017-61
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5321.0003.001-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: GALÃO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESENGRAXANTE ALCALINO DX 10.000
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.549708/2017-61
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5321.0003.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA OPACA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESENGRAXANTE ALCALINO DX 10.000
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.549708/2017-61
NÚMERO DE REGISTRO: 3.5321.0003.003-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: TAMBOR METÁLICO + SACO PLÁSTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: BASF S/A
AUTORIZAÇÃO: 3.00404-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: PLURESTO PRO
NÚMERO DE PROCESSO: 25351.719428/2012-97
NÚMERO DE REGISTRO: 3.0404.0049.001-9
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 04/2023



IgG Anti-SSA 60KD
FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços. Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Ácido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
CLASSE : II 80915630028
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) 25351.029777/2018-34
FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 Testes Microplaca - 1 microplaca, Curva de Calibração - 1 frasco x 4 ml CAL1, 1 frasco x 4 ml CAL2, 1 frasco x 2 ml CAL3, 1 frasco x 2 ml CAL4, 1 frasco x 2 ml CAL 5, 1 frasco x 4 ml CAL 6, Soro Controle - 1 frasco, Liofilizado, Tampão de Lavagem Concentrado - 2 frascos x 60ml, Conjugado Enzimático - 1 frasco x 16ml, Cromógeno/Substrato - 1 frasco x 16ml, Ácido Sulfúrico - 1 frasco x 15ml
CLASSE : II 80915630029
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.029994/2018-24
IgG Anti-SSA 52KD
FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços. Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Ácido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
CLASSE : II 80915630030
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) 25351.029998/2018-11
FORESIGHT LH EIA TEST KIT
FABRICANTE : ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR
 480 Testes: Placa de micropoços LH - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado LH - 5 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40ml, Substrato A - 5 x 8ml, Substrato B - 5 x 8ml, Solução Stop - 5 x 8ml, LH Calibrador 1 - 5 x 2ml, LH Calibrador 2 - 5 x 1,0ml, LH Calibrador 3 - 5 x 1,0ml, LH Calibrador 4 - 5 x 1,0ml, LH Calibrador 5 - 5 x 1,0ml, LH Calibrador 6 - 5 x 1,0ml, Filmes para selagem das placas - 10
 96 Testes: Placa de micropoços LH - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado LH - 1 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40ml, Substrato A - 1 x 8ml, Substrato B - 1 x 8ml, Solução Stop - 1 x 8ml, LH Calibrador 1 - 1 x 2ml, LH Calibrador 2 - 1 x 1,0ml, LH Calibrador 3 - 1 x 1,0ml, LH Calibrador 4 - 1 x 1,0ml, LH Calibrador 5 - 1 x 1,0ml, LH Calibrador 6 - 1 x 1,0ml, Filmes para selagem das placas - 2
CLASSE : II 80915630031
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) TOTAL 25351.030005/2018-45
FORESIGHT HCG EIA TEST KIT
FABRICANTE : ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR
 480 Testes: Placa de micropoços hCG - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado hCG - 5 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40ml, Substrato A - 5 x 8ml, Substrato B - 5 x 8ml, Solução Stop - 5 x 8ml, hCG Calibrador 1 - 5 x 12ml, hCG Calibrador 2 - 5 x 0,5ml, hCG Calibrador 3 - 5 x 0,5ml, hCG Calibrador 4 - 5 x 0,5ml, hCG Calibrador 5 - 5 x 0,5ml, hCG Calibrador 6 - 5 x 0,5ml, hCG Calibrador 7 - 5 x 0,5ml, Filmes para selagem das placas - 10
 96 Testes: Placa de micropoços hCG - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado hCG - 1 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40ml, Substrato A - 1 x 8ml, Substrato B - 1 x 8ml, Solução Stop - 1 x 8ml, hCG Calibrador 1 - 1 x 12ml, hCG Calibrador 2 - 1 x 0,5ml, hCG Calibrador 3 - 1 x 0,5ml, hCG Calibrador 4 - 1 x 0,5ml, hCG Calibrador 5 - 1 x 0,5ml, hCG Calibrador 6 - 1 x 0,5ml, hCG Calibrador 7 - 1 x 0,5ml, Filmes para selagem das placas - 2
CLASSE : II 80915630032
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados PROLACTINA 25351.030007/2018-34
FORESIGHT PRL EIA TEST KIT
FABRICANTE : ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR
 480 Testes: Placa de micropoços PRL - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado PRL - 5 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40ml, Substrato A - 5 x 8ml, Substrato B - 5 x 8ml, Solução Stop - 5 x 8ml, PRL Calibrador 1 - 5 x 2ml, PRL Calibrador 2 - 5 x 1,0ml, PRL Calibrador 3 - 5 x 1,0ml, PRL Calibrador 4 - 5 x 1,0ml, PRL Calibrador 5 - 5 x 1,0ml, PRL Calibrador 6 - 5 x 1,0ml, PRL Calibrador 7 - 5 x 1,0ml, Filmes para selagem das placas - 10
 96 Testes: Placa de micropoços PRL - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado PRL - 1 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40ml, Substrato A - 1 x 8ml, Substrato B - 1 x 8ml, Solução Stop - 1 x 8ml, PRL Calibrador 1 - 1 x 2ml, PRL Calibrador 2 - 1 x 1,0ml, PRL Calibrador 3 - 1 x 1,0ml, PRL Calibrador 4 - 1 x 1,0ml, PRL Calibrador 5 - 1 x 1,0ml, PRL Calibrador 6 - 1 x 1,0ml, PRL Calibrador 7 - 1 x 1,0ml, Filmes para selagem das placas - 2

CLASSE : II 80915630033
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) 25351.030022/2018-82
FORESIGHT FSH EIA TEST KIT
FABRICANTE : ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR
 480 Testes: Placa de micropoços FSH - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado FSH - 5 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40ml, Substrato A - 5 x 8ml, Substrato B - 5 x 8ml, Solução Stop - 5 x 8ml, FSH Calibrador 1 - 5 x 2ml, FSH Calibrador 2 - 5 x 1,0ml, FSH Calibrador 3 - 5 x 1,0ml, FSH Calibrador 4 - 5 x 1,0ml, FSH Calibrador 5 - 5 x 1,0ml, FSH Calibrador 6 - 5 x 1,0ml, Filmes para selagem das placas - 10
 96 Testes: Placa de micropoços FSH - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado FSH - 1 x 12ml, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40ml, Substrato A - 1 x 8ml, Substrato B - 1 x 8ml, Solução Stop - 1 x 8ml, FSH Calibrador 1 - 1 x 2ml, FSH Calibrador 2 - 1 x 1,0ml, FSH Calibrador 3 - 1 x 1,0ml, FSH Calibrador 4 - 1 x 1,0ml, FSH Calibrador 5 - 1 x 1,0ml, FSH Calibrador 6 - 1 x 1,0ml, Filmes para selagem das placas - 2
CLASSE : II 80915630034
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados instrumento para preparo e processamento de amostras - fase pré-analítica 25351.030027/2018-13
LAVADORAS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS
FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD. - INDIA
WASIWELL PLATE
CLASSE : I 80915630035
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados instrumento para preparo e processamento de amostras - fase pré-analítica 25351.030029/2018-02
LISA SHAKE
FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD. - INDIA
Lisa Shake
CLASSE : I 80915630036
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.032792/2018-60
IgG Anti-Centromere B
FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços. Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Ácido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
CLASSE : II 80915630037
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados

Calibrador Turbidimétrico: 1x 1 mL; Diluente (R1) :1x 40 mL, Látex (R2): 1x10 mL
CLASSE : II 80508180011
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.769519/2014-95
i-FOB CONTROLE
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 2x2 mL
CLASSE : III 80508180012
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.769526/2014-20
i-FOB Turbidimétrico
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
i-FOB Turbidimétrico 1x50 ml
CLASSE : III 80508180013
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
FATOR REUMATÓIDE 25351.765331/2014-21
FR TURBI - FATOR REUMATÓIDE
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 313002 (1 x 50 mL); R1.Reagent 1 x 40 mL; R2.Reagent 1 x 10 mL; CAL 1 X 2 mL
 313002 (2 x 50 mL); R1.Reagent 2 x 40 mL; R2.Reagent 2 x 10 mL; CAL 1 X 2 mL
 313002 (2 x 200 mL); R1.Reagent 2 x 160 mL; R2.Reagent 4 x 20 mL; CAL 1 X 2 mL
CLASSE : II 80508180015
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PROTEINA C REATIVA 25351.765287/2014-37
PCR Ultra Sensível TURBI
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 PCR US - Latex 1x10ml
 PCR-US Diluente: 1x40ml
 PCR-US-Calibrador Turbidimétrico:1x2ml
CLASSE : II 80508180016
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
ANTISTREPTOLISINA 25351.765331/2014-98
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 3110030 (2x 50mL) - R1: 2x40 mL
 3110030 (2x 50mL) - R2: 2x10 mL
 3110030 (2x 50mL) - CAL: 1x1 mL
 3110035 (2 x 200mL) - CAL: 1x1 mL
 3110035 (2 x 200mL) - R1: 2x160 mL
 3110035 (2 x 200mL) - R2: 4x20 mL
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - CAL 1x1 mL
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - R1: 1x40 mL
ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - R2: 1x10 mL
CLASSE : II 80508180017
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME 8.14529-8
PROTEINA C REATIVA 25351.047605/2018-42
PCR TURBI - Proteína C Reativa - Turbidimétrico
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 1 x 50 mL
CLASSE : II 81452980000
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.047670/2018-78
i-FOB CONTROLE
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 2x2 mL
CLASSE : III 81452980001
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.047553/2018-12
i-FOB Calibrador
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 1 x 2 mL
CLASSE : III 81452980002
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados instrumento para análise de urina 25351.047554/2018-59
Analizador Bioquímico Automático Sinnowa
FABRICANTE : SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR
 SX-140
 SX-160
 SX-260
 SX-300
 SX-400
CLASSE : I 80508180004
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
ALFA 1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA (AGPA) 25351.765333/2014-46
Alfaglico Turbi - Alfa-1-Glicoproteína Ácida - Turbidimétrica - Linear
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 3915010 - frasco 1x50 ml
CLASSE : II 80508180009
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.769436/2014-37
i-FOB Calibrador
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 1 x 2 mL
CLASSE : III 80508180010
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
ALBUMINA 25351.765290/2014-65
Microalbumina Turbidimétrica - Linear
FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA



3110030 (2x 50mL) - R1: 2x40 mL
 3110030 (2x 50mL) - R2: 2x10 mL
 3110030 (2x 50mL) - CAL: 1x1 mL
 3110035 (2 x 200mL) - CAL: 1x1 mL
 3110035 (2 x 200mL) - R1: 2x160 mL
 3110035 (2 x 200mL) - R2: 4x20 mL
 ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - CAL 1x1 mL
 ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - R1: 1x40 mL
 ASO TURBI - ANTI STREPTOLISINA O - R2: 1x10 mL
 CLASSE : II 81452980005
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 PROTEÍNA C REATIVA 25351.047839/2018-90
 PCR Ultra Sensível TURBI
 FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 PCR US - Latex 1x10mL
 PCR-US Diluente: 1x40mL
 PCR-US-Calibrador Turbidimétrico:1x2mL
 CLASSE : II 81452980006
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 FATOR REUMATÓIDE 25351.047847/2018-36
 FR TURBI - FATOR REUMATÓIDE
 FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 313002 (1 x 50 mL); R1.Reagent 1 x 40 mL; R2.Reagent 1 x 10 mL; CAL 1 X 2 mL
 313002 (2 x 50 mL); R1.Reagent 2 x 40 mL; R2.Reagent 2 x 10 mL; CAL 1 X 2 mL
 313002 (2 x 200 mL); R1.Reagent 2 x 160 mL; R2.Reagent 4 x 20 mL; CAL 1 X 2 mL
 CLASSE : II 81452980007
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.047558/2018-37
 i-FOB Turbidimétrico
 FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 i-FOB Turbidimétrico 1x50 mL
 i-FOB Turbidimétrico 2x50mL
 CLASSE : III 81452980008
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 Fotometro 25351.048034/2018-63
 Analisador Bioquímico Semi Automático Sinowa
 FABRICANTE : SINOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
 SX-3000M
 SX-3100
 CLASSE : I 81452980009
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 ALBUMINA 25351.048017/2018-26
 Microalbuminúria Turbidimétrico - Linear
 FABRICANTE : LINEAR CHEMICALS, S.L. - ESPANHA
 Calibrador Turbidimétrico: 1x 1 mL; Diluente (R1) :1x 40 mL; Latex (R2): 1x10 mL
 CLASSE : II 81452980010
 80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
 RZ DE OLIVEIRA DIAGNÓSTICA EPP 8.03130-4
 Instrumento destinado a imunoenzimas 25351.525855/2008-55
 LEITORA DE MICROPLACA
 FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD. - INDIA
 READWELL PLATE, READWELL STRIP
 CLASSE : II 80313040039
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou proteínas 25351.307575/2010-61
 FOUR CLOT COAGULOMETRO
 FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD - INDIA
 CLASSE : II 80313040086
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 HORMÔNIO ESTIMULANTE DE TIREÓIDE (TSH) 25351.307635/2010-05
 DS ELA TSH
 FABRICANTE : RPC DIAGNOSTIC SYSTEMS - RÚSSIA (FEDERAÇÃO RÚSSA)
 Kit para 96 testes
 CLASSE : II 80313040087
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Centrífuga 25351.289293/2013-50
 CENTRÍFLUGA POWER SPIN
 FABRICANTE : United Products & Instruments, Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 Série FX, modelo C806;
 Série FX, modelo C808;
 Série LX, modelo C856;
 Série LX, modelo C858;
 Série MX, modelo C8624;
 CLASSE : I 80313040088
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Instrumento para análise de urina 25351.279681/2015-54
 DRG: HYBRID XL
 FABRICANTE : DRG INSTRUMENTS GMBH - ALEMANHA
 CLASSE : I 80313040092
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade

Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou proteínas 25351.428049/2015-51
 easyCLOT
 FABRICANTE : ROBONIK (INDIA) PVT LTD. - INDIA
 CLASSE : II 80313040093
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) 25351.010305/2016-40
 VCA IgM
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 Microplaca - 1 microplaca, Curva de Calibração - 1 frasco x 4 ml CAL1, 1 frasco x 4 ml CAL2, 1 frasco x 2 ml CAL3, 1 frasco x 2 ml CAL4, 1 frasco x 4 ml CAL5, Soro Controle - 1 frasco liofilizado, Tampão de Lavagem Concentrado - 1 frascos x 60ml, Conjugado Enzimático - 1 frasco x 0,8ml, Diluente do Antígeno - 1 frasco x 16 ml, Antígeno EBV VCA - 6 frascos liofilizados, Diluente da Amostra - 2 frascos x 60ml, Cromógeno/Substrato - 1 frasco x 16ml, Acido Sulfúrico - 1 frasco x 15ml
 CLASSE : II 80313040095
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTI-ANTÍGENOS NUCLEARES EXTRAÍVEIS (ENA)25351.010695/2016-30
 ENA 6 Parameters Profile
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 12 testes: Microplaca - 12 x 8 poços, Controle Negativo - 1 frasco x 2,0ml, Controle Positivo - 1 frasco x 2,0ml, Solução Lavagem conc. - 1 frasco x 60ml, Conjugado Enzimático - 1 frasco x 16ml, Cromógeno/Substrato - 1 frasco x 16ml, Acido sulfúrico - 1 frasco x 15ml, Diluente Amostras - 2 frascos x 60ml
 CLASSE : II 80313040096
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104985/2016-33
 IgG Anti U1-snRNP 68
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040097
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.105004/2016-86
 IgG Anti-Centromere B
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040098
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104907/2016-47
 IgG Anti-Sm
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes: 1 microplaca 12 tiras x 8 poços; Curva Calibração 6 x 2ml (0;12,5; 25;50;100; 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040099
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104950/2016-42
 IgG anti-dsDNA
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 U/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040100
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104935/2016-44
 ANA 8 PARAMETER PROFILE
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 12 testes - Microplaca - 1 microplaca - 6 tiras x 8 poços, Controle Negativo 1x2ml, Controle Positivo 1x2ml, Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040101
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade

ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.105038/2016-48
 IgG Anti-Jo-1
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040102
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.105057/2016-52
 ANA SCREENING IgG
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - Microplaca - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Controle Negativo 1x2ml, Controle Positivo 1 x2ml, Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040103
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.105087/2016-14
 IgG Anti-SSA 60KD
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040104
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) 25351.53646/2016-05
 VCA IgG
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 Testes: Microplaca - 1 microplaca, Curva de Calibração - 1 frasco x 4 ml CAL1, 1 frasco x 4 ml CAL2, 1 frasco x 2 ml CAL3, 1 frasco x 2 ml CAL4, 1 frasco x 2 ml CAL5, 1 frasco x 4 ml CAL 6, Soro Controle - 1 frasco liofilizado, Tampão de Lavagem Concentrado - 2 frascos x 60ml, Conjugado Enzimático - 1 frasco x 15ml
 CLASSE : II 80313040105
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA) 25351.104965/2016-06
 IgG Anti-SSA 52KD
 FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL - ITALIA
 96 testes - 1 microplaca - 12 tiras x 8 poços, Curva Calibração 6 x 2ml (0 - 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 arbU/ml), Solução de Lavagem Concentrado 1x60ml, Conjugado Enzimático 1x16ml/fr, Cromógeno/Substrato 1x16ml/fr, Acido sulfúrico 1x15ml/fr, Diluente Amostras 2x60ml/fr, Filmes Selagem Microplacas 2 un, Inst de Uso 1 un
 CLASSE : II 80313040106
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) 25351.259802/2017-01
 FORESIGHT LH ELA TEST KIT
 FABRICANTE : ACCON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
 480 Testes: Placa de micropoços LH - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado LH - 5 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40mL, Substrato A - 5 x 8mL, Substrato B - 5 x 8mL, Solução Stop - 5 x 8mL, LH Calibrador 1 - 5 x 2mL, LH Calibrador 2 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 3 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 4 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 5 - 5 x 1,0mL, LH Calibrador 6 - 5 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 10
 96 Testes: Placa de micropoços LH - 1 placa (96 poços/placa), Conjugado LH - 1 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 1 x 40mL, Substrato A - 1 x 8mL, Substrato B - 1 x 8mL, Solução Stop - 1 x 8mL, LH Calibrador 1 - 1 x 2mL, LH Calibrador 2 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 3 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 4 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 5 - 1 x 1,0mL, LH Calibrador 6 - 1 x 1,0mL, Filmes para selagem das placas - 2
 CLASSE : II 80313040107
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (hCG) TOTAL 25351.259797/2017-91
 FORESIGHT hCG ELA TEST KIT
 FABRICANTE : ACCON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
 480 Testes, Placa de micropoços hCG - 5 placas (96 poços/placa), Conjugado hCG - 5 x 12mL, Tampão de Lavagem Concentrado (25x) - 5 x 40mL, Substrato A - 5 x 8mL, Substrato B - 5 x 8mL, Solução Stop - 5 x 8mL, hCG Calibrador 1 - 5 x 12mL, hCG Calibrador 2 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 3 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 4 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 5 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 6 - 5 x 0,5mL, hCG Calibrador 7 - 5 x 0,5mL, Filmes para selagem das placas - 10

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS – CE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL.UNT Extenso	VL.TOTAL Extenso
1	ANALISADOR BIOQUÍMICO Analisador bioquímico semiautomático: 90 possibilidades de programação para qualquer reagente sistema aberto Faixa de leitura: 0,100 a 3,500 Abs Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros Luz espúria: < 0,01T Leituras Monocromáticas e Bicromáticas Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C Contaminação cubeta: < 1 com 500 µL teste com solução de dicromato de potássio Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla Leituras com padrão, multi padrão e fator Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade Controle completo da reação cinética ou colorimétrica Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA. MOD BA 88A	UND	1	MINDRAY	R\$ 21.306,00	R\$ 21.306,00	vinte e um mil, trezentos e seis reais	vinte e um mil, trezentos e seis reais
VALOR TOTAL						R\$ 21.306,00	vinte e um mil, trezentos e seis reais	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 21.306,00	vinte e um mil, trezentos e seis reais	

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação

Validade da Proposta: no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão

FORTALEZA, 24 DE MAIO DE 2022





DADOS DO ÓRGÃO

À
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022
DATA DE ABERTURA: 25 DE MAIO DE 2022 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAIS	EXTENSO TOTAIS
1	ANALISADOR BIOQUÍMICO ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO: 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE SISTEMA ABERTO FAIXA DE LEITURA: 0,100 A 3,500 ABS MONOCROMADOR COM 7 FILTROS: 340, 405, 505, 546, 578, 620 E 670 NM BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS LUZ ESPÚRIA: < 0,01T LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS FLUXO CONTÍNUO DE 150 TIL A 2,0 ML CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 P.L TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 2C CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1 COM 500 PL TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA	UND	1	BIOPLUS	R\$ 24.662,00	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais	R\$ 24.662,00	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais
2	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL VOLUMÉTRICA PARA EQUIPOS, COMPATÍVEL PARA INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL COM TELA DE COMANDO DETECTOR DE BOLHAS, FUNÇÃO DE SEGURANÇA E ALARME	UND	2	YONAH	R\$ 10.985,80	dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 21.971,60	vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA CARRINHO DE EMERGÊNCIA EM AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA COM RODÍZIOS E TRAVAS COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NO MÍNIMO 15 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 2.869,00	dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais	R\$ 2.869,00	dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR COM SISTEMA DE CARGA REGULÁVEL DE ONDAS MONOFÁSICAS VARIANDO DE 1 À 360 JOULES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 SEU CIRCUITO DE APLICAÇÃO MANTÉM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELÉTRICA E DO TERRA, ALÉM DE CONTAR COM 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR TENSÃO E DESLIGAMENTO POR PROGRAMAÇÃO COM TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS, REALIZA A DESCARGA AUTOMÁTICA DE ENERGIA ARMAZENADA APÓS CADA APLICAÇÃO ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS 2,50M 1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOSADULTOPEELIOL MANUAL DO USUÁRIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 37.194,78	trinta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 37.194,78	trinta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos
							R\$ 86.697,38	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 86.697,38
oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGÃO
ESTADO DO CEARÁ
Rua José Ibiapina Rocha, s/n.º – Centro
CEP: 62.550-000 – MORRINHOS / CE.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1105.01/2022
ENCERRAMENTO: 25/05/2022 – ÀS 07h30min.
INÍCIO DOS LANCES: 27/05/2022 – ÀS 08h00min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS/CE.

Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa ficha técnica para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

FICHA TÉCNICA

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. T O T A L
001	001	UND	ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO MODELO: BIO-2000 MARCA: "BIO-PLUS" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 10423910006	R\$ 18.406,50	R\$ 18.406,50
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO Especificações: <ul style="list-style-type: none">▪ Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética).▪ Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões).▪ Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria).▪ Hormônios (metodologia ELISA em tubos).▪ Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. Características Técnicas: <ul style="list-style-type: none">▪ 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto).▪ Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.▪ Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm.▪ Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros.▪ Luz espúria: < 0,01%T.▪ Leituras monocromáticas e biocromáticas.▪ Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas.▪ Cubeta de fluxo metálica de 32 uL termostatizada para 25,30,37 +/- 0,1°C.▪ Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 +/- 0,1°C.▪ Contaminação da cubeta: < 1% com 500 uL (teste com solução de dicromato de potássio).▪ Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla.▪ Leituras com padrão, multi padrão e fator.▪ Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings.▪ Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada.▪ Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.▪ Controle completo da reação cinética ou colorimétrica.▪ Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA.▪ Peso: 10 Kg.					



ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
002	002	UND	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL MODELO: BYS-820 MARCA: "BIOS INDÚSTRIA" PROCEDENCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 80745670007	R\$ 8.971,40	R\$ 17.942,80
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL					
Especificações:					
<ul style="list-style-type: none">▪ A Bomba de Infusão de Equipo Universal é a única com fabricação 100% Nacional que pode fazer infusão Enteral, Parenteral, Alimentação, Oncologia modificando apenas o equipo.▪ Sua construção é de alta resistência e contra respingos, a Bomba de Infusão Universal possui sistema de infusão acreditando INMETRO e CERTIFICADO ANVISA, garantindo uma taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle microprocessado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente.▪ Volume de infusão: De 1ml a 9,999ml.					
Display:					
<ul style="list-style-type: none">▪ Tela de LCD para ajustes e configurações em Português.▪ Painel de LED's para registro de volume infundido.▪ LED's indicadores de funcionamento.					
Bomba:					
<ul style="list-style-type: none">▪ Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba consulte manual);▪ Possui alarmes audiovisuais em Português;▪ Sensor de gotas;▪ Ajuste de volume de infusão pré-definido;▪ Modos de trabalho: m/h e gotas/min;▪ Três níveis de indicação de oclusão no sistema;▪ Função expurgar;▪ KVO ajustável de 1 a 5 mL/h;▪ Gravação automática da ultima infusão;▪ Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão).					
Taxa de infusão:					
<ul style="list-style-type: none">▪ Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 0,1ml/h);▪ Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1gota/h);▪ Taxa de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h);▪ Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h);▪ Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg).					
Alarmes em Português:					
<ul style="list-style-type: none">▪ Indicações sonoras (BIP e voz em Português);▪ Início da infusão;▪ Término da infusão;▪ Infusão da quantidade limitada encerrada;▪ Oclusão detecção de bolhas no equipo.▪ Fechar a porta;▪ Instalação incorreta;▪ Configuração incorreta da bomba;▪ Velocidade de infusão anormal;▪ Sensor de gotas desconectado;▪ Alimentação Energia desconectada;▪ Bateria fraca.					
Bateria e alimentação:					
<ul style="list-style-type: none">▪ O equipamento possui bateria interna recarregável;▪ Alimentação AC 100-240V – 50/60Hz, automático;▪ Bateria interna com autonomia até 4horas.					
Dimensões e peso:					
<ul style="list-style-type: none">▪ Peso líquido: 1,8 Kg.▪ Dimensões: 140 x 157 x 220 mm.					
Acessórios inclusos:					
<ul style="list-style-type: none">▪ 01 cabo de força;▪ 01 bateria interna;▪ 01 sensor de gotas;▪ 01 manual de instruções;					



- Certificado de garantia.
- Certificados de conformidade:**
- Certificado ANVISA;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-2-24;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-2;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-4;

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. T O T A L
003	001	UND	CARRO DE EMERGÊNCIA MODELO: CP-1000 MARCA/FABRICANTE: "TRANSFORM" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80332629001	R\$ 7.284,70	R\$ 7.284,70

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARRO DE EMERGÊNCIA

Especificações:

- Construído em chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas.
- Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos.
- Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral.
- Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos.
- Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor.
- Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos.
- Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos.
- Dimensões: 520 mm x 725 mm x 1095 mm.
- Peso: 63 Kg.

Acompanha:

- Suporte para soro com altura ajustável.
- Tábua para massagem cardíaca em acrílico.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Trava para gavetas / basculante.

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. T O T A L
004	001	UND	CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR MODELO: MDF 03 MARCA/FABRICANTE: "TRANSFORM" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO: 80332620014	R\$ 21.348,30	R\$ 21.348,30

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR

Especificações:

- 1 canal, 7 derivações em monitor com display (LCD);
- Seleção até 360 joules (monofásico), sincronismo da onda R para cardioversão;
- Possibilidade de pás internas e externas (adulto e infantil);
- Circuito anula carga automático (45s), dispositivo para teste de pás;
- Tempo de carga (360j): 15s / Bateria interna recarregável;
- Caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte;
- Suportes para fixar as pás;
- Composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade;
- Saída para registro através de Eletrocardiógrafo;
- Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável;

MONITOR CARDÍACO:

- Monitoração de 01 canal de ECG, 07 derivações;
- Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM;
- Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital;
- Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante;
- Proteção contra descarga de Desfibrilador;
- Sinal sonoro da onda "R";



- Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador;
- Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas.

DESFIBRILADOR:

- Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão;
- Indicação luminosa da onda "R";
- Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções;
- Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno);
- Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil, de 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto;
- Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada;
- Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel;
- Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo;

Dimensões e Peso:

- Altura: 39 cm.
- Largura: 22 cm.
- Comprimento: 42 cm.
- Peso: 11,4 Kg.

Acessórios (Inclusos):

- 01 Cabo de força tripolar;
- 01 Cabo paciente 05 vias;
- 01 Jogo de Pás externas adulto;
- 02 Fusíveis 2A/250v com retardo;
- 02 Fusível 1A/250v com retardo;
- 05 Eletrodos;
- 01 Manual de Instruções.

TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$ 64.982,30

******(Sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)******

1. * CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO*****

- **Condições de Pagamento.....** : Até 30 (trinta) dias, Conforme Edital.
- **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Prazo de Entrega.....** : Até 15 (quinze) dias, Conforme Edital.
- **Frete.....** : Pago (Cif).
- **I.P.I.....** : Incluso
- **Assistência Técnica (Autorizada)..** : Permanente, em todo Território Nacional, **inclusive na cidade de Morrinhos/CE**, bem como; a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, durante o período de garantia, sem nenhum ônus para Administração.
- **Garantia.....** : 12 (doze) meses integral, exceto o uso indevido ou desgaste natural dos equipamentos. A garantia inclui peças, serviços, taxa de deslocamento e qualquer outro custo, sem nenhum ônus para à Administração.
- **Peças de Reposição.....** : 05 (cinco) anos, mesmo que os equipamentos saiam de linhas de Fabricação, e/ou sua comercialização, após o término da garantia.
- **Local de Entrega.....** : Prefeitura Municipal de Morrinhos
: Rua José Ibiapina Rocha, s/n.º – Centro
: CEP: 62.550-000 – MORRINHOS / CE.

2. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



3. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

4. Data: 24/05/2022.

Ao
 PREGOERO da
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ° 1105.01/2022.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VL POR EXTENSO	VL POR EXTENSO
2	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de infusão universal volumétrica para equipamentos, compatível para infusão enteral e parenteral com tela de comando detector de bolhas, função de segurança e alarme	UNID	2	BIOS -BYS-820	R\$ 10.986,25	R\$ 21.972,50	dez mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos	vinte e um mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
3	CARRINHO DE EMERGENCIA Carrinho de emergência em aço, com estrutura reforçada com rodízios e travas com no mínimo 3 gavetas, sendo a primeira com no mínimo 15 divisórias para medicamentos suporte para cilindro de oxigênio suporte para soro suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica	UNID	1	QUALITY	R\$ 3.609,22	R\$ 3.609,22	três mil, seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos	três mil, seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos
4	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR Desfibrilador/Cardioversor Desfibrilador com sistema de Carga Regulável de ondas monofásicas variando de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Seu circuito de aplicação mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra, além de contar com 3 Circuitos de Proteção desligamento por tempo, desligamento por tensão e desligamento por programação Com tempo máximo de carga de 10 segundos, realiza a Descarga Automática de energia armazenada após cada aplicação Acessórios: 1 Cabo de força de 3 pinos 2,50m 1 Par de eletrodos externos adulto PEEIIOI Manual do usuário 1 Certificado de garantia	UNID	1	INSTRAMED	R\$ 27.489,00	R\$ 27.489,00	vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais	vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais
TOTAL GERAL						R\$ 53.070,72		cinquenta e três mil e setenta reais e setenta e dois centavos

Importa a Presente Proposta no valor total de
 Prazo de Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.
 Prazo de Entrega: 10 (dez) dias da data de recebimento da ordem de compra.
 DATA: 23 de MAIO de 2022.

R\$ 53.070,72 cinquenta e três mil e setenta reais e setenta e dois centavos



O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS – CE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL.UNIT Extenso	VL.TOTAL Extenso
2	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de infusão universal volumétrica para equipos, compatível para infusão enteral e parenteral com tela de comando detector de bolhas, função de segurança e alarme. MOD BY820	UND	2	BIOS	R\$ 7.263,64	R\$ 14.527,28	sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos
VALOR TOTAL						R\$ 14.527,28	quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 14.527,28	quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos	

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação

Validade da Proposta: no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão

FORTALEZA, 24 DE MAIO DE 2022





DADOS DO ÓRGÃO

A
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1105.01/2022
DATA DE ABERTURA: 25 DE MAIO DE 2022 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAIS	EXTENSO TOTAIS
1	ANALISADOR BIOQUÍMICO ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO: 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE SISTEMA ABERTO FAIXA DE LEITURA: 0,100 A 3,500 ABS MONOCROMADOR COM 7 FILTROS: 340, 405, 505, 546, 578, 620 E 670 NM BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS LUZ ESPÚRIA: < 0,01T LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS FLUXO CONTÍNUO DE 150 TIL A 2,0 ML CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 P.L TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 2C CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1 COM 500 PL TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA	UND	1	BIOPLUS	R\$ 24.662,00	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais	R\$ 24.662,00	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais
2	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL VOLUMÉTRICA PARA EQUIPOS, COMPATÍVEL PARA INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL COM TELA DE COMANDO DETECTOR DE BOLHAS, FUNÇÃO DE SEGURANÇA E ALARME	UND	2	YONAH	R\$ 10.985,80	dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 21.971,60	vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA CARRINHO DE EMERGÊNCIA EM AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA COM RODÍZIOS E TRAVAS COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NO MÍNIMO 15 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 2.869,00	dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais	R\$ 2.869,00	dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR COM SISTEMA DE CARGA REGULÁVEL DE ONDAS MONOFÁSICAS VARIANDO DE 1 À 360 JOULES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 SEU CIRCUITO DE APLICAÇÃO MANTÉM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELÉTRICA E DO TERRA, ALÉM DE CONTAR COM 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR TENSÃO E DESLIGAMENTO POR PROGRAMAÇÃO COM TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS, REALIZA A DESCARGA AUTOMÁTICA DE ENERGIA ARMAZENADA APÓS CADA APLICAÇÃO ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS 2,50M 1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOSADULTOPEELIOL MANUAL DO USUÁRIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 37.194,78	trinta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 37.194,78	trinta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos
							R\$ 86.697,38	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 86.697,38
oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELI- ME		
CNPJ	07.760.277/0001-61	Autorização	8.02.989-7
Produto	BOMBA DE INFUSÃO		

Modelo Produto Médico

BOMBA DE INFUSÃO SP750

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	SP750 MANUAL .pdf	0951254/21-9 - 11/03/2021 - 09:20

Nome Técnico	Bomba de Infusao
Registro	80298970175
Processo	25351.730429/2020-28
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	10/08/2022

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGÃO
ESTADO DO CEARÁ
Rua José Ibiapina Rocha, s/n.º – Centro
CEP: 62.550-000 – MORRINHOS / CE.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1105.01/2022
ENCERRAMENTO: 25/05/2022 – ÀS 07h30min.
INÍCIO DOS LANCES: 27/05/2022 – ÀS 08h00min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS/CE.

Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa ficha técnica para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

FICHA TÉCNICA

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
001	001	UND	ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO MODELO: BIO-2000 MARCA: "BIO-PLUS" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 10423910006	R\$ 18.406,50	R\$ 18.406,50
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
<p>ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética).▪ Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões).▪ Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria).▪ Hormônios (metodologia ELISA em tubos).▪ Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto).▪ Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.▪ Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm.▪ Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros.▪ Luz espúria: < 0,01%T.▪ Leituras monocromáticas e biocromáticas.▪ Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas.▪ Cubeta de fluxo metálica de 32 uL termostatizada para 25,30,37 +/- 0,1°C.▪ Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 +/- 0,1°C.▪ Contaminação da cubeta: < 1% com 500 uL (teste com solução de dicromato de potássio).▪ Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla.▪ Leituras com padrão, multi padrão e fator.▪ Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings.▪ Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada.▪ Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.▪ Controle completo da reação cinética ou colorimétrica.▪ Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA.▪ Peso: 10 Kg.					



ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
002	002	UND	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL MODELO: BYS-820 MARCA: "BIOS INDÚSTRIA" PROCEDENCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 80745670007	R\$ 8.971,40	R\$ 17.942,80

DESCRIPTIVO TÉCNICO

BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL

Especificações:

- A Bomba de Infusão de Equipo Universal é a única com fabricação 100% Nacional que pode fazer infusão Enteral, Parenteral, Alimentação, Oncologia modificando apenas o equipo.
- Sua construção é de alta resistência e contra respingos, a Bomba de Infusão Universal possui sistema de infusão acreditando INMETRO e CERTIFICADO ANVISA, garantindo uma taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle microprocessado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente.
- Volume de infusão: De 1ml a 9,999ml.

Display:

- Tela de LCD para ajustes e configurações em Português.
- Painel de LED's para registro de volume infundido.
- LED's indicadores de funcionamento.

Bomba:

- Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba consulte manual);
- Possui alarmes audiovisuais em Português;
- Sensor de gotas;
- Ajuste de volume de infusão pré-definido;
- Modos de trabalho: m/h e gotas/min;
- Três níveis de indicação de oclusão no sistema;
- Função expurgar;
- KVO ajustável de 1 a 5 mL/h;
- Gravação automática da ultima infusão;
- Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão).

Taxa de infusão:

- Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 0,1ml/h);
- Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1gota/h);
- Taxa de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h);
- Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h);
- Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg).

Alarmes em Português:

- Indicações sonoras (BIP e voz em Português);
- Início da infusão;
- Término da infusão;
- Infusão da quantidade limitada encerrada;
- Oclusão detecção de bolhas no equipo.
- Fechar a porta;
- Instalação incorreta;
- Configuração incorreta da bomba;
- Velocidade de infusão anormal;
- Sensor de gotas desconectado;
- Alimentação Energia desconectada;
- Bateria fraca.

Bateria e alimentação:

- O equipamento possui bateria interna recarregável;
- Alimentação AC 100-240V – 50/60Hz, automático;
- Bateria interna com autonomia até 4horas.

Dimensões e peso:

- Peso líquido: 1,8 Kg.
- Dimensões: 140 x 157 x 220 mm.

Acessórios inclusos:

- 01 cabo de força;
- 01 bateria interna;
- 01 sensor de gotas;
- 01 manual de instruções;



- Certificado de garantia.
- Certificados de conformidade:**
- Certificado ANVISA;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-2-24;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-2;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-4;

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
003	001	UND	CARRO DE EMERGÊNCIA MODELO: CP-1000 MARCA/FABRICANTE: "TRANSFORM" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80332629001	R\$ 7.284,70	R\$ 7.284,70

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARRO DE EMERGÊNCIA

Especificações:

- Construído em chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas.
- Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos.
- Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral.
- Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos.
- Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor.
- Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos.
- Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos.
- Dimensões: 520 mm x 725 mm x 1095 mm.
- Peso: 63 Kg.

Acompanha:

- Suporte para soro com altura ajustável.
- Tábua para massagem cardíaca em acrílico.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Trava para gavetas / basculante.

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
004	001	UND	CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR MODELO: MDF 03 MARCA/FABRICANTE: "TRANSFORM" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO: 80332620014	R\$ 21.348,30	R\$ 21.348,30

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR

Especificações:

- 1 canal, 7 derivações em monitor com display (LCD);
- Seleção até 360 joules (monofásico), sincronismo da onda R para cardioversão;
- Possibilidade de pás internas e externas (adulto e infantil);
- Circuito anula carga automático (45s), dispositivo para teste de pás;
- Tempo de carga (360j): 15s / Bateria interna recarregável;
- Caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte;
- Suportes para fixar as pás;
- Composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade;
- Saída para registro através de Eletrocardiógrafo;
- Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável;

MONITOR CARDÍACO:

- Monitoração de 01 canal de ECG, 07 derivações;
- Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM;
- Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital;
- Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante;
- Proteção contra descarga de Desfibrilador;
- Sinal sonoro da onda "R";

- Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador;
- Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas.

DEFIBRILADOR:

- Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão;
- Indicação luminosa da onda "R";
- Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções;
- Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno);
- Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil, de 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto;
- Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada;
- Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel;
- Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo;

Dimensões e Peso:

- Altura: 39 cm.
- Largura: 22 cm.
- Comprimento: 42 cm.
- Peso: 11,4 Kg.

Acessórios (Inclusos):

- 01 Cabo de força tripolar;
- 01 Cabo paciente 05 vias;
- 01 Jogo de Pás externas adulto;
- 02 Fusíveis 2A/250v com retardo;
- 02 Fusível 1A/250v com retardo;
- 05 Eletrodos;
- 01 Manual de Instruções.

TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$ 64.982,30

***** (Sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) *****

1. * CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO *****

- **Condições de Pagamento.....** : Até 30 (trinta) dias, Conforme Edital.
- **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Prazo de Entrega.....** : Até 15 (quinze) dias, Conforme Edital.
- **Frete.....** : Pago (Cif).
- **I.P.I.....** : Incluso
- **Assistência Técnica (Autorizada)..** : Permanente, em todo Território Nacional, *inclusive na cidade de Morrinhos/CE*, bem como; a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, durante o período de garantia, sem nenhum ônus para Administração.
- **Garantia.....** : 12 (doze) meses integral, exceto o uso indevido ou desgaste natural dos equipamentos. A garantia inclui peças, serviços, taxa de deslocamento e qualquer outro custo, sem nenhum ônus para à Administração.
- **Peças de Reposição.....** : 05 (cinco) anos, mesmo que os equipamentos saiam de linhas de Fabricação, e/ou sua comercialização, após o término da garantia.
- **Local de Entrega.....** : Prefeitura Municipal de Morrinhos
: Rua José Ibiapina Rocha, s/n.º – Centro
: CEP: 62.550-000 – MORRINHOS / CE.

2. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



3. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

4. Data: 24/05/2022.

Bomba de INFUSÃO SP750

Equipo Universal

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA SP750

- Alta segurança.
- Fácil operação.
- Longa vida útil.
- Segurança do paciente garantida na terapia intravenosas.

RMS 80298970175



MEDMAX
Hospitalar



Especificações: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA SP750

- Sistema: Peristáltico Linear
- Compatível com equipos universais próprios para bomba de infusão, a base de silicone
- Desvio da vazão com equipo padrão de silicone: $\pm 5\%$ vazão após calibração (*);
- Taxa de infusão: 1-699ml / h, incremento: 1 ml / h;
- Volume total: 1-9999ml /h, incremento: 1 ml / h;
- Pressão de oclusão: 100 kPa~300kPa;
- KVO: abaixo de 5ml/h KVO de 1ml/h e acima de 5ml/h KVO de 5ml/h
- Bolus: Fixo em 699 ml/h;
- Detector de bolhas de ar: ultrassom;
- Display LCD de 3,5 polegadas;
- Alarme por oclusão, infusão perto do fim, bolhas de ar, porta aberta, falha do motor, finalizando perfusão, aviso de infusão, estado KVO, bateria fraca, falta de energia, falha de pressão, falha na porta e falta de comunicação;
- Para de infundir automaticamente durante o alarme (exceto para os alarmes: Próximo do fim e bateria fraca);
- Fonte de alimentação: AC 100 ~ 240 V, 50 /60 Hz
- Bateria: Lítio recarregável autonomia de aproximadamente 4 horas;
- Peso: 2kg;
- Dimensão: 143,6 mm (C) x 151,8 mm (L) x 195,3 mm (A)

(*) consulte modelos avaliados em silicone.

Acessórios:

- Manual do usuário
- Cabo de alimentação



☎ 11 41330 - 6300
☎ 11 97609 - 7375
✉ vendas@medmaxnet.com.br
📧 medmax_comercial
📍 Av Cauaxi, 293 • Alpha Green Alphaville
Barueri - SP • Cep: 06454-020
🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/05/22 ÀS 08H00MIN
DISPUTA DE LANCES: 27/05/22 ÀS 08H00MIN
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS – CE.

CARTA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
2	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de infusão universal volumétrica para equipos, compatível para infusão enteral e parenteral com tela de comando detector de bolhas, função de segurança e alarme.	UND	BIOS	2	R\$ 18.630,00	dezoito mil, seiscentos e trinta reais	R\$ 37.260,00	trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais
VALOR TOTAL							R\$ 37.260,00	
							trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 37.260,00	
							trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, sob pena do previsto no art. 26, § 5º do Decreto Federal nº. 10.024/2019).

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA: A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

DATA: 27/05/2022





24 de MAIO de 2022.

Ao Pregoeiro e equipe de apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

ESTADO DO CEARÁ
Secretária Municipal de Administração
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico N° 11.05.01/2022

CARTA PROPOSTA

ITEM	QDTE	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	02	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de infusão universal volumétrica para equipos, compatível Unid para infusão enteral e parenteral com tela de comando detector de bolhas, função de segurança e alarme	CONTEC / SP 750	15000,00	30.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					30.000,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS					

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 DIAS CONFORME EDITAL

Declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que a empresa é microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. Caso se enquadre nessa condição.



FORTALEZA-CE, 27 DE MAIO DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
ATE: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES:
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1105.01/2022, CUJO OBJETO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATOS IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1105.01/2022 DATA DE ABERTURA 27 DE MAIO DE 2021 AS 08H00MIN.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATOS IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	P.UNIT		P.TOTAL	
2	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL VOLUMÉTRICA PARA EQUIPOS, COMPATÍVEL PARA INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL COM TELA DE COMANDO DECTOR DE BOLHAS, FUNÇÃO DE SEGURANÇA E ALARME	UND	2	CMOSDRAKE	R\$ 15.600,00	quinze mil e seiscentos reais	R\$ 31.200,00	trinta e um mil e duzentos reais
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA EM AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA COM RODÍZIOS E TRAVAS COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NO MÍNIMO 15 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA	UND	1	TUBOMED	R\$ 5.550,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 5.550,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais
4	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR COM SISTEMA DE CARGA REGULÁVEL DE ONDAS MONOFÁSICAS VARIANDO DE 1 A 360 JOULES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 SEU CIRCUITO DE APLICAÇÃO MANTÉM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELÉTRICA E DA TERRA, ALEM DE CONTAR COM 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR PROGRAMAÇÃO COM TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS, REALIZA A DESCARGA AUTOMÁTICA DE ENERGIA ARMAZENADA APÓS CADA APLICAÇÃO ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS 2,50m 1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOS ADULTO PEEI01 MANUAL DO USUÁRIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 47.970,00	quarenta e sete mil, novecentos e setenta reais	R\$ 47.970,00	quarenta e sete mil, novecentos e setenta reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	84.720,00
oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais		

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO

GARANTIA DOS MATERIAIS DE ACORDO COM O EDITAL

NO PREÇO COTADO JÁ ESTÃO INCLUIDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SISSENTA) DIAS.

FORTALEZA-CE, 27 DE MAIO DE 2022.

Ao
 PREGOERO da
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ° 1105.01/2022.

OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VL POR EXTENSO	VL POR EXTENSO
2	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de infusão universal volumétrica para equipos, compatível para infusão enteral e parenteral com tela de comando detector de bolhas, função de segurança e alarme	UNID	2	BIOS -BYS-820	R\$ 10.986,25	R\$ 21.972,50	dez mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos	vinte e um mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA Carrinho de emergência em aço, com estrutura reforçada com rodízios e travas com no mínimo 3 gavetas, sendo a primeira com no mínimo 15 divisórias para medicamentos suporte para cilindro de oxigênio suporte para soro suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica	UNID	1	QUALITY	R\$ 3.609,22	R\$ 3.609,22	três mil, seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos	três mil, seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR Desfibrilador/Cardioversor Desfibrilador com sistema de Carga Regulável de ondas monofásicas variando de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Seu circuito de aplicação mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra, além de contar com 3 Circuitos de Proteção desligamento por tempo, desligamento por tensão e desligamento por programação Com tempo máximo de carga de 10 segundos, realiza a Descarga Automática de energia armazenada após cada aplicação Acessórios: 1 Cabo de força de 3 pinos 2,50m 1 Par de eletrodos externos adultoPEEliOI Manual do usuário 1 Certificado de garantia	UNID	1	INSTRAMED	R\$ 27.489,00	R\$ 27.489,00	vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais	vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais
TOTAL GERAL						R\$ 53.070,72		cinquenta e três mil e setenta reais e setenta e dois centavos

Importa a Presente Proposta no valor total de
 Prazo de Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.
 Prazo de Entrega: 10 (dez) dias da data de recebimento da ordem de compra.
 DATA: 23 de MAIO de 2022.

R\$ 53.070,72 cinquenta e três mil e setenta reais e setenta e dois centavos



O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/05/22 ÀS 08H00MIN
 DISPUTA DE LANCES: 27/05/22 ÀS 08H00MIN
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS – CE.

CARTA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA Carrinho de emergência em aço, com estrutura reforçada com rodízios e travas com no mínimo 3 gavetas, sendo a primeira com no mínimo 15 divisórias para medicamentos suporte para cilindro de oxigênio suporte para soro suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica.	UND	TUBO MED	1	R\$ 8.124,00	oito mil, cento e vinte e quatro reais	R\$ 8.124,00	oito mil, cento e vinte e quatro reais
VALOR TOTAL							R\$ 8.124,00	
							oito mil, cento e vinte e quatro reais	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 8.124,00	
							oito mil, cento e vinte e quatro reais	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, sob pena do previsto no art. 26, § 5º do Decreto Federal nº. 10.024/2019).

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA: A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

DATA: 27/05/2022



**DADOS DO ÓRGÃO**

A
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1105.01/2022
DATA DE ABERTURA: 25 DE MAIO DE 2022 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAIS	EXTENSO TOTAIS
1	ANALISADOR BIOQUÍMICO ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO: 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE SISTEMA ABERTO FAIXA DE LEITURA: 0,100 A 3,500 ABS MONOCROMADOR COM 7 FILTROS: 340, 405, 505, 546, 578, 620 E 670 NM BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS LUZ ESPÚRIA: < 0,01T LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS FLUXO CONTÍNUO DE 150 TIL A 2,0 ML CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 P.L TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 2C CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1 COM 500 PL TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA	UND	1	BIOPLUS	R\$ 24.662,00	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais	R\$ 24.662,00	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais
2	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL VOLUMÉTRICA PARA EQUIPOS, COMPATÍVEL PARA INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL COM TELA DE COMANDO DETECTOR DE BOLHAS, FUNÇÃO DE SEGURANÇA E ALARME	UND	2	YONAH	R\$ 10.985,80	dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 21.971,60	vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA CARRINHO DE EMERGÊNCIA EM AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA COM RODÍZIOS E TRAVAS COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NO MÍNIMO 15 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 2.869,00	dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais	R\$ 2.869,00	dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR COM SISTEMA DE CARGA REGULÁVEL DE ONDAS MONOFÁSICAS VARIANDO DE 1 À 360 JOULES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 SEU CIRCUITO DE APLICAÇÃO MANTÉM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELÉTRICA E DO TERRA, ALÉM DE CONTAR COM 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR TENSÃO E DESLIGAMENTO POR PROGRAMAÇÃO COM TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS, REALIZA A DESCARGA AUTOMÁTICA DE ENERGIA ARMazenada APÓS CADA APLICAÇÃO ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS 2,50M 1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOSADULTOPELIOL MANUAL DO USUÁRIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 37.194,78	trinta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 37.194,78	trinta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos

R\$ 86.697,38

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 86.697,38
oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGÃO
ESTADO DO CEARÁ
Rua José Ibiapina Rocha, s/n.º – Centro
CEP: 62.550-000 – MORRINHOS / CE.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1105.01/2022
ENCERRAMENTO: 25/05/2022 – ÀS 07h30min.
INÍCIO DOS LANCES: 27/05/2022 – ÀS 08h00min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS/CE.

Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa ficha técnica para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

FICHA TÉCNICA

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. T O T A L
001	001	UND	ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO MODELO: BIO-2000 MARCA: "BIO-PLUS" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 10423910006	R\$ 18.406,50	R\$ 18.406,50
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO Especificações: <ul style="list-style-type: none">▪ Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética).▪ Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões).▪ Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria).▪ Hormônios (metodologia ELISA em tubos).▪ Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. Características Técnicas: <ul style="list-style-type: none">▪ 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto).▪ Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.▪ Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm.▪ Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros.▪ Luz espúria: < 0,01%T.▪ Leituras monocromáticas e biocromáticas.▪ Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas.▪ Cubeta de fluxo metálica de 32 uL termostatizada para 25,30,37 +/- 0,1°C.▪ Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 +/- 0,1°C.▪ Contaminação da cubeta: < 1% com 500 uL (teste com solução de dicromato de potássio).▪ Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla.▪ Leituras com padrão, multi padrão e fator.▪ Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings.▪ Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada.▪ Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.▪ Controle completo da reação cinética ou colorimétrica.▪ Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA.▪ Peso: 10 Kg.					

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
002	002	UND	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL MODELO: BYS-820 MARCA: "BIOS INDÚSTRIA" PROCEDENCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 80745670007	R\$ 8.971,40	R\$ 17.942,80
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
<p>BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A Bomba de Infusão de Equipo Universal é a única com fabricação 100% Nacional que pode fazer infusão Enteral, Parenteral, Alimentação, Oncologia modificando apenas o equipo. ▪ Sua construção é de alta resistência e contra respingos, a Bomba de Infusão Universal possui sistema de infusão acreditando INMETRO e CERTIFICADO ANVISA, garantindo uma taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle microprocessado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente. ▪ Volume de infusão: De 1ml a 9,999ml. <p>Display:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tela de LCD para ajustes e configurações em Português. ▪ Painel de LED's para registro de volume infundido. ▪ LED's indicadores de funcionamento. <p>Bomba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba consulte manual); ▪ Possui alarmes audiovisuais em Português; ▪ Sensor de gotas; ▪ Ajuste de volume de infusão pré-definido; ▪ Modos de trabalho: m/h e gotas/min; ▪ Três níveis de indicação de oclusão no sistema; ▪ Função expurgar; ▪ KVO ajustável de 1 a 5 mL/h; ▪ Gravação automática da ultima infusão; ▪ Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão). <p>Taxa de infusão:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 0,1ml/h); ▪ Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1gota/h); ▪ Taxa de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h); ▪ Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h); ▪ Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg). <p>Alarmes em Português:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicações sonoras (BIP e voz em Português); ▪ Inicio da infusão; ▪ Termina da infusão; ▪ Infusão da quantidade limitada encerrada; ▪ Oclusão detecção de bolhas no equipo. ▪ Fechar a porta; ▪ Instalação incorreta; ▪ Configuração incorreta da bomba; ▪ Velocidade de infusão anormal; ▪ Sensor de gotas desconectado; ▪ Alimentação Energia desconectada; ▪ Bateria fraca. <p>Bateria e alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O equipamento possui bateria interna recarregável; ▪ Alimentação AC 100-240V – 50/60Hz, automático; ▪ Bateria interna com autonomia até 4horas. <p>Dimensões e peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peso líquido: 1,8 Kg. ▪ Dimensões: 140 x 157 x 220 mm. <p>Acessórios inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 cabo de força; ▪ 01 bateria interna; ▪ 01 sensor de gotas; ▪ 01 manual de instruções; 					



- Certificado de garantia.
- Certificados de conformidade:**
- Certificado ANVISA;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-2-24;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-2;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-4;

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. T O T A L
003	001	UND	CARRO DE EMERGÊNCIA MODELO: CP-1000 MARCA/FABRICANTE: "TRANSFORM" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80332629001	R\$ 7.284,70	R\$ 7.284,70

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARRO DE EMERGÊNCIA

Especificações:

- Construído em chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas.
- Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos.
- Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral.
- Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos.
- Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor.
- Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos.
- Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos.
- Dimensões: 520 mm x 725 mm x 1095 mm.
- Peso: 63 Kg.

Acompanha:

- Suporte para soro com altura ajustável.
- Tábua para massagem cardíaca em acrílico.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Trava para gavetas / basculante.

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. T O T A L
004	001	UND	CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR MODELO: MDF 03 MARCA/FABRICANTE: "TRANSFORM" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO: 80332620014	R\$ 21.348,30	R\$ 21.348,30

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR

Especificações:

- 1 canal, 7 derivações em monitor com display (LCD);
- Seleção até 360 joules (monofásico), sincronismo da onda R para cardioversão;
- Possibilidade de pás internas e externas (adulto e infantil);
- Circuito anula carga automático (45s), dispositivo para teste de pás;
- Tempo de carga (360j): 15s / Bateria interna recarregável;
- Caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte;
- Suportes para fixar as pás;
- Composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade;
- Saída para registro através de Eletrocardiógrafo;
- Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável;

MONITOR CARDÍACO:

- Monitoração de 01 canal de ECG, 07 derivações;
- Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM;
- Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital;
- Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante;
- Proteção contra descarga de Desfibrilador;
- Sinal sonoro da onda "R";

- Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador;
- Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas.

DESFIBRILADOR:

- Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão;
- Indicação luminosa da onda "R";
- Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções;
- Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno);
- Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil, de 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto;
- Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada;
- Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel;
- Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo;

Dimensões e Peso:

- Altura: 39 cm.
- Largura: 22 cm.
- Comprimento: 42 cm.
- Peso: 11,4 Kg.

Acessórios (Inclusos):

- 01 Cabo de força tripolar;
- 01 Cabo paciente 05 vias;
- 01 Jogo de Pás externas adulto;
- 02 Fusíveis 2A/250v com retardo;
- 02 Fusível 1A/250v com retardo;
- 05 Eletrodos;
- 01 Manual de Instruções.

TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$ 64.982,30

***** (Sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) *****

1. * CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO *****

- **Condições de Pagamento.....** : Até 30 (trinta) dias, Conforme Edital.
- **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Prazo de Entrega.....** : Até 15 (quinze) dias, Conforme Edital.
- **Frete.....** : Pago (Cif).
- **I.P.I.....** : Incluso
- **Assistência Técnica (Autorizada)..** : Permanente, em todo Território Nacional, **inclusive na cidade de Morrinhos/CE**, bem como; a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, durante o período de garantia, sem nenhum ônus para Administração.
- **Garantia.....** : 12 (doze) meses integral, exceto o uso indevido ou desgaste natural dos equipamentos. A garantia inclui peças, serviços, taxa de deslocamento e qualquer outro custo, sem nenhum ônus para à Administração.
- **Peças de Reposição.....** : 05 (cinco) anos, mesmo que os equipamentos saiam de linhas de Fabricação, e/ou sua comercialização, após o término da garantia.
- **Local de Entrega.....** : Prefeitura Municipal de Morrinhos
: Rua José Ibiapina Rocha, s/n.º – Centro
: CEP: 62.550-000 – MORRINHOS / CE.

2. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



3. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

4. Data: 24/05/2022.



FORTALEZA-CE, 27 DE MAIO DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
ATT.: AO PREGAORO DA COMISS O PERMANENTE DE LICITA O
REF.: PROPOSTA DE PRE O

PREZADOS SENHORES;
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PRE OS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGAORO ELETRONICO N 1105.01/2022, CUJO OBJETO E AQUISI O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITA O; QUE N O POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPA O DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CL USULAS E CONDI OES PREVISTAS NO EDITAL

PREGAORO ELETRONICO N 1105.01/2022 DATA DE ABERTURA 27 DE MAIO DE 2021 AS 08H00MIN.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITA O; QUE N O POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPA O DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CL USULAS E CONDI OES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PRE O

ITEM	DESCRI�O	UND	QUANT	MARCA	P.UNIT		P.TOTAL	
2	BOMBA DE INFUSA�O UNIVERSAL VOLUMETRICA PARA EQUIPOS, COMPATIVEL PARA INFUSA�O ENTERAL E PARENTERAL COM TELA DE COMANDO DECTOR DE BOLHAS, FUN�O DE SEGURAN�A E ALARME	UND	2	CMOSDRAKE	R\$ 15.600,00	quinze mil e seiscentos reais	R\$ 31.200,00	trinta e um mil e duzentos reais
3	CARRINHO DE EMERGEN�IA EM A�O, COM ESTRUTURA REFOR�ADA COM RODIZIOS E TRAVAS COM NO M�NIMO 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NO M�NIMO 15 DIVISORIAS PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR T�BUA PARA MASSAGEM CARDIACA E TOMADA EL�TRICA	UND	1	TUBOMED	R\$ 5.550,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 5.550,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR COM SISTEMA DE CARGA REGUL�VEL DE ONDAS MONOF�SICAS VARIANDO DE 1 A 360 JOULES AJUST�VEIS ATRAVES DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 SEU CIRCUITO DE APLICA�O MANTEM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE EL�TRICA E DA TERRA, AL�M DE CONTAR COM 3 CIRCUITOS DE PROTE�O DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR PROGRAMA�O COM TEMPO M�XIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS, REALIZA A DESCARGA AUTOM�TICA DE ENERGIA ARMAZENADA APÓS CADA APLICA�O ACESSORIOS: 1 CABO DE FOR�A DE 3 PINOS 2,50m 1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOS ADULTO PRE�IO MANUAL DO USU�RIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 47.970,00	quarenta e sete mil, novecentos e setenta reais	R\$ 47.970,00	quarenta e sete mil, novecentos e setenta reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	84.720,00
oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais		

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCAT RIO QUE REGE A PRESENTE LICITA O

GARANTIA DOS MATERIAIS DE ACORDO COM O EDITAL

NO PRE O COTADO J  ESTA O INCLUIDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGA OES TRABALHISTA, PREVIDENCI RIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATA O

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTALEZA-CE, 27 DE MAIO DE 2022.

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS – CE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL. UNT Extenso	VL. TOTAL Extenso
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA Carrinho de emergência em aço, com estrutura reforçada com rodízios e travas com no mínimo 3 gavetas, sendo a primeira com no mínimo 15 divisórias para medicamentos suporte para cilindro de oxigênio suporte para soro suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica	UND	1	TUBOMED	R\$ 3.363,64	R\$ 3.363,64	três mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	três mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos
VALOR TOTAL						R\$ 3.363,64	três mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 3.363,64	três mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos	

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação

Validade da Proposta: no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão

FORTALEZA, 24 DE MAIO DE 2022





A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022 DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA: 25/05/2022 ÀS 08:00 DATA DA SESSÃO DE DISPUTA: 27/05/2022 ÀS 08:00 Prezado(a) Senhor(a),	OBJETO: Constitui objeto da presente contratação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE, constantes no Anexo 1 do Edital do processo licitatório referido na cláusula primeira, no qual restou vencedor a Contratada.
--	--

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)

CARTA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	FABRICANTE	PR. UNITÁRIO	EXT. UNITÁRIO	PR. TOTAL	EXT. TOTAL
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA Carrinho de emergência em aço, com estrutura reforçada com rodízios e travas com no mínimo 3 gavetas, sendo a primeira com Unid no mínimo 15 divisórias para medicamentos suporte para cilindro de oxigênio suporte para soro suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica	UNID	1	SALUTEM	R\$ 3.272,56	três mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 3.272,56	três mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$	3.272,56
três mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos								

Fortaleza, 27 de maio de 2022.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias a partir do recebimento da nota de empenho ou documento correspondente

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias

Independentemente de declaração expressa, a apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital, na veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da pessoa jurídica, bem como de que deverá declará-los quando ocorridos durante o certame.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitaremos e cumprimos a todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico / Termo de Referência do edital

A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto a especificação do serviço e as condições de participação, competição, julgamento e formalização do instrumento contratual, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente as Lei nº.10.520/02 e Lei nº. 8.666/93.

Independentemente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídos todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

a) encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros

b) tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração

c) seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, par afeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155/2016, de 27 de outubro de 2016.

Ao
PREGOERO da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ° 1105.01/2022.

OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VL POR EXTENSO	VL POR EXTENSO
2	BOMBA DE INFUSÃO Bomba de infusão universal volumétrica para equipos, compatível para infusão enteral e parenteral com tela de comando detector de bolhas, função de segurança e alarme	UNID	2	BIOS -BYS-820	R\$ 10.986,25	R\$ 21.972,50	dez mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos	vinte e um mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
3	CARRINHO DE EMERGENCIA Carrinho de emergência em aço, com estrutura reforçada com rodízios e travas com no mínimo 3 gavetas, sendo a primeira com no mínimo 15 divisórias para medicamentos suporte para cilindro de oxigênio suporte para soro suporte para cardioversor ou desfibrilador tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica	UNID	1	QUALITY	R\$ 3.609,22	R\$ 3.609,22	três mil, seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos	três mil, seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR Desfibrilador/Cardioversor Desfibrilador com sistema de Carga Regulável de ondas monofásicas variando de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Seu circuito de aplicação mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra, além de contar com 3 Circuitos de Proteção desligamento por tempo, desligamento por tensão e desligamento por programação Com tempo máximo de carga de 10 segundos, realiza a Descarga Automática de energia armazenada após cada aplicação Acessórios: 1 Cabo de força de 3 pinos 2,50m 1 Par de eletrodos externos adultoPEEliOI Manual do usuário 1 Certificado de garantia	UNID	1	INSTRAMED	R\$ 27.489,00	R\$ 27.489,00	vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais	vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais
TOTAL GERAL						R\$ 53.070,72		cinquenta e três mil e setenta reais e setenta e dois centavos

Importa a Presente Proposta no valor total de
Prazo de Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias da data de recebimento da ordem de compra.
DATA: 23 de MAIO de 2022.

R\$ 53.070,72 cinquenta e três mil e setenta reais e setenta e dois centavos



O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.





DADOS DO ÓRGÃO

A
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022
DATA DE ABERTURA: 25 DE MAIO DE 2022 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAIS	EXTENSO TOTAIS
1	ANALISADOR BIOQUÍMICO ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO: 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE SISTEMA ABERTO FAIXA DE LEITURA: 0,100 A 3,500 ABS MONOCROMADOR COM 7 FILTROS: 340, 405, 505, 546, 578, 620 E 670 NM BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS LUZ ESPÚRIA: < 0,01T LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS FLUXO CONTÍNUO DE 150 TIL A 2,0 ML CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 P.L TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 2C CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1 COM 500 PL TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA	UND	1	BIOPLUS	R\$ 24.662,00	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais	R\$ 24.662,00	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais
2	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL VOLUMÉTRICA PARA EQUIPOS, COMPATÍVEL PARA INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL COM TELA DE COMANDO DETECTOR DE BOLHAS, FUNÇÃO DE SEGURANÇA E ALARME	UND	2	YONAH	R\$ 10.985,80	dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 21.971,60	vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA CARRINHO DE EMERGÊNCIA EM AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA COM RODÍZIOS E TRAVAS COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NO MÍNIMO 15 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA SORO SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 2.869,00	dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais	R\$ 2.869,00	dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR COM SISTEMA DE CARGA REGULÁVEL DE ONDAS MONOFÁSICAS VARIANDO DE 1 À 360 JOULES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 SEU CIRCUITO DE APLICAÇÃO MANTÉM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELÉTRICA E DO TERRA, ALÉM DE CONTAR COM 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR TENSÃO E DESLIGAMENTO POR PROGRAMAÇÃO COM TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS, REALIZA A DESCARGA AUTOMÁTICA DE ENERGIA ARMAZENADA APÓS CADA APLICAÇÃO ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS 2,50M 1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOSADULTOPEELIOL MANUAL DO USUÁRIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 37.194,78	trinta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 37.194,78	trinta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos
							R\$ 86.697,38	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 86.697,38
oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/05/22 ÀS 08H00MIN

DISPUTA DE LANCES: 27/05/22 ÀS 08H00MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS – CE.

CARTA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR Desfibrilador/Cardioversor Desfibrilador com sistema de Carga Regulável de ondas monofásicas variando de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Seu circuito de aplicação mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra, além de contar com 3 Circuitos de Proteção desligamento por tempo, desligamento por tensão e desligamento por programação Com tempo máximo de carga de 10 segundos, realiza a Descarga Automática de energia armazenada após cada aplicação Acessórios: 1 Cabo de força de 3 pinos 2,50m 1 Par de eletrodos externos adultoPEEI101 Manual do usuário 1 Certificado de garantia.	UND	CMOS DRAKE	1	R\$ 105.771,00	cento e cinco mil, setecentos e setenta e um reais	R\$ 105.771,00	cento e cinco mil, setecentos e setenta e um reais
VALOR TOTAL							R\$ 105.771,00	
							cento e cinco mil, setecentos e setenta e um reais	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 105.771,00	
							cento e cinco mil, setecentos e setenta e um reais	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, sob pena do previsto no art. 26, § 5º do Decreto Federal nº. 10.024/2019).

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA: A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.



DATA: 27/05/2022



CARDIOVERSOR MDF-03 B



CARDIOVERSOR MDF 03-B, portátil, marca *Ecafix-FUNBEC*, em caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte e Suportes para fixar as pás, composto de Monitor (ECG) e Desfibrilador em uma única unidade. Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável.

MONITOR CARDÍACO, de 01 canal (ECG), 07 derivações, indicação digital da Frequência Cardíaca de 0 a 250 BPM, alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, proteção contra descarga de Desfibrilador, sinal sonoro da onda "R", monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador. Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido (LCD) luminosa com 5 polegadas. Detecção de Marcapasso.

DEFIBRILADOR, Monofásico. Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R". Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e funções. Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno). Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da energia selecionada (norma IEC 601.2). Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga.

Acessórios Standard: 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente 05 vias, 01 Jogo de Pás externas adulto, 05 Eletrodos e 01 Manual de Instruções.

Dimensões: 39 x 22 x 42 cm. **Peso** aproximado: 11,4 Kg.

Registro ANVISA: 80332620014.. **Fabricação Nacional.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGÃO
ESTADO DO CEARÁ
Rua José Ibiapina Rocha, s/n.º – Centro
CEP: 62.550-000 – MORRINHOS / CE.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1105.01/2022
ENCERRAMENTO: 25/05/2022 – ÀS 07h30min.
INÍCIO DOS LANCES: 27/05/2022 – ÀS 08h00min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS/CE.

Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa ficha técnica para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

FICHA TÉCNICA

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
001	001	UND	ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO MODELO: BIO-2000 MARCA: "BIO-PLUS" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 10423910006	R\$ 18.406,50	R\$ 18.406,50
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO Especificações: <ul style="list-style-type: none">▪ Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética).▪ Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões).▪ Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria).▪ Hormônios (metodologia ELISA em tubos).▪ Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. Características Técnicas: <ul style="list-style-type: none">▪ 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto).▪ Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.▪ Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm.▪ Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros.▪ Luz espúria: < 0,01%T.▪ Leituras monocromáticas e biocromáticas.▪ Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas.▪ Cubeta de fluxo metálica de 32 uL termostatizada para 25,30,37 +/- 0,1°C.▪ Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 +/- 0,1°C.▪ Contaminação da cubeta: < 1% com 500 uL (teste com solução de dicromato de potássio).▪ Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla.▪ Leituras com padrão, multi padrão e fator.▪ Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings.▪ Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada.▪ Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade.▪ Controle completo da reação cinética ou colorimétrica.▪ Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA.▪ Peso: 10 Kg.					

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
002	002	UND	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL MODELO: BYS-820 MARCA: "BIOS INDÚSTRIA" PROCEDENCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 80745670007	R\$ 8.971,40	R\$ 17.942,80

DESCRIPTIVO TÉCNICO

BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL

Especificações:

- A Bomba de Infusão de Equipo Universal é a única com fabricação 100% Nacional que pode fazer infusão Enteral, Parenteral, Alimentação, Oncologia modificando apenas o equipo.
- Sua construção é de alta resistência e contra respingos, a Bomba de Infusão Universal possui sistema de infusão acreditando INMETRO e CERTIFICADO ANVISA, garantindo uma taxa exata e volume constante através de um sistema exclusivo e preciso de sensores e controle microprocessado, que além de controlar precisamente a taxa de infusão, controla mecanicamente seu movimento de transição através de sua placa peristáltica inteligente.
- Volume de infusão: De 1ml a 9,999ml.

Display:

- Tela de LCD para ajustes e configurações em Português.
- Painel de LED's para registro de volume infundido.
- LED's indicadores de funcionamento.

Bomba:

- Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba consulte manual);
- Possui alarmes audiovisuais em Português;
- Sensor de gotas;
- Ajuste de volume de infusão pré-definido;
- Modos de trabalho: m/h e gotas/min;
- Três níveis de indicação de oclusão no sistema;
- Função expurgar;
- KVO ajustável de 1 a 5 mL/h;
- Gravação automática da ultima infusão;
- Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão).

Taxa de infusão:

- Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 0,1ml/h);
- Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1gota/h);
- Taxa de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h);
- Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h);
- Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg).

Alarmes em Português:

- Indicações sonoras (BIP e voz em Português);
- Início da infusão;
- Término da infusão;
- Infusão da quantidade limitada encerrada;
- Oclusão detecção de bolhas no equipo.
- Fechar a porta;
- Instalação incorreta;
- Configuração incorreta da bomba;
- Velocidade de infusão anormal;
- Sensor de gotas desconectado;
- Alimentação Energia desconectada;
- Bateria fraca.

Bateria e alimentação:

- O equipamento possui bateria interna recarregável;
- Alimentação AC 100-240V – 50/60Hz, automático;
- Bateria interna com autonomia até 4horas.

Dimensões e peso:

- Peso líquido: 1,8 Kg.
- Dimensões: 140 x 157 x 220 mm.

Acessórios inclusos:

- 01 cabo de força;
- 01 bateria interna;
- 01 sensor de gotas;
- 01 manual de instruções;



- Certificado de garantia.
- Certificados de conformidade:**
- Certificado ANVISA;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-2-24;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-2;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-1;
 - Certificado ABNT NBR IEC 60601-1-4;

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
003	001	UND	CARRO DE EMERGÊNCIA MODELO: CP-1000 MARCA/FABRICANTE: "TRANSFORM" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80332629001	R\$ 7.284,70	R\$ 7.284,70

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARRO DE EMERGÊNCIA

Especificações:

- Construído em chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas.
- Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos.
- Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral.
- Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos.
- Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor.
- Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos.
- Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos.
- Dimensões: 520 mm x 725 mm x 1095 mm.
- Peso: 63 Kg.

Acompanha:

- Suporte para soro com altura ajustável.
- Tábua para massagem cardíaca em acrílico.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Trava para gavetas / basculante.

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
004	001	UND	CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR MODELO: MDF 03 MARCA/FABRICANTE: "TRANSFORM" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO: 80332620014	R\$ 21.348,30	R\$ 21.348,30

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR

Especificações:

- 1 canal, 7 derivações em monitor com display (LCD);
- Seleção até 360 joules (monofásico), sincronismo da onda R para cardioversão;
- Possibilidade de pás internas e externas (adulto e infantil);
- Circuito anula carga automático (45s), dispositivo para teste de pás;
- Tempo de carga (360j): 15s / Bateria interna recarregável;
- Caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte;
- Suportes para fixar as pás;
- Composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade;
- Saída para registro através de Eletrocardiógrafo;
- Alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável;

MONITOR CARDÍACO:

- Monitoração de 01 canal de ECG, 07 derivações;
- Indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM;
- Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital;
- Alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante;
- Proteção contra descarga de Desfibrilador;
- Sinal sonoro da onda "R";

- Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador;
- Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas.

DESFIBRILADOR:

- Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão;
- Indicação luminosa da onda "R";
- Teclado de membrana com indicação visual (LEDs) para seleção de energia e funções;
- Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno);
- Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil, de 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto;
- Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada;
- Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel;
- Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo;

Dimensões e Peso:

- Altura: 39 cm.
- Largura: 22 cm.
- Comprimento: 42 cm.
- Peso: 11,4 Kg.

Acessórios (Inclusos):

- 01 Cabo de força tripolar;
- 01 Cabo paciente 05 vias;
- 01 Jogo de Pás externas adulto;
- 02 Fusíveis 2A/250v com retardo;
- 02 Fusível 1A/250v com retardo;
- 05 Eletrodos;
- 01 Manual de Instruções.

TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$ 64.982,30

******(Sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)******

1. * CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO*****

- **Condições de Pagamento.....** : Até 30 (trinta) dias, Conforme Edital.
- **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Prazo de Entrega.....** : Até 15 (quinze) dias, Conforme Edital.
- **Frete.....** : Pago (Cif).
- **I.P.I.....** : Incluso
- **Assistência Técnica (Autorizada)..** : Permanente, em todo Território Nacional, *inclusive na cidade de Morrinhos/CE*, bem como; a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, durante o período de garantia, sem nenhum ônus para Administração.
- **Garantia.....** : 12 (doze) meses integral, exceto o uso indevido ou desgaste natural dos equipamentos. A garantia inclui peças, serviços, taxa de deslocamento e qualquer outro custo, sem nenhum ônus para à Administração.
- **Peças de Reposição.....** : 05 (cinco) anos, mesmo que os equipamentos saiam de linhas de Fabricação, e/ou sua comercialização, após o término da garantia.
- **Local de Entrega.....** : Prefeitura Municipal de Morrinhos
 : Rua José Ibiapina Rocha, s/n.º – Centro
 : CEP: 62.550-000 – MORRINHOS / CE.

2. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



3. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

4. Data: 24/05/2022.



FORTALEZA-CE, 27 DE MAIO DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
ATT.: AO PREGOIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES,
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022 DATA DE ABERTURA 27 DE MAIO DE 2022 AS 09H00MIN.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	P.UNIT		P.TOTAL	
2	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL VOLUMÉTRICA PARA EQUIPOS, COMPATÍVEL PARA INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL COM TELA DE COMANDO DECTOR DE BOLHAS, FUNÇÃO DE SEGURANÇA E ALARME	UND	2	CMOSDRAKE	R\$ 15.600,00	quinze mil e seiscentos reais	R\$ 31.200,00	trinta e um mil e duzentos reais
3	CARRINHO DE EMERGÊNCIA EM AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA COM RODÍZIOS E TRAVAS COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NO MÍNIMO 15 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA	UND	1	TUBOMED	R\$ 5.550,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais	R\$ 5.550,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais
4	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR COM SISTEMA DE CARGA REGULÁVEL DE ONDAS MONOFÁSICAS VARIANDO DE 1 A 360 JOULES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 SEU CIRCUITO DE APLICAÇÃO MANTÉM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELÉTRICA E DA TERRA, ALEM DE CONTAR COM 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR PROGRAMAÇÃO COM TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS, REALIZA A DESCARGA AUTOMÁTICA DE ENERGIA ARMAZENADA APÓS CADA APLICAÇÃO ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS 2,50m 1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOS ADULTO PEE101 MANUAL DO USUÁRIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 47.970,00	quarenta e sete mil, novecentos e setenta reais	R\$ 47.970,00	quarenta e sete mil, novecentos e setenta reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	84.720,00
oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais		

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO

GARANTIA DOS MATERIAIS DE ACORDO COM O EDITAL

NO PREÇO COTADO JÁ ESTÃO INCLUIDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

FORTALEZA-CE, 27 DE MAIO DE 2022.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA		
CNPJ	05.495.281/0002-03	Autorização	8.03.326-2
Produto	Desfibrilador		

Modelo Produto Médico

DF-03 B Desfibrilador c/ bateria interna
DF-03 Desfibrilador
MDF-03 B Desfibrilador c/ monitor ECG (Cardioversor) c/ bateria interna
MDF-03 BI Desfibrilador c/ monitor ECG (Cardioversor) e Impressora térmica c/ bateria interna
MDF-03 Desfibrilador c/ monitor ECG (Cardioversor)
MDF-03 I Desfibrilador c/ monitor ECG (Cardioversor) e impressora térmica

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual de Operação DF-03 - Rev Q - Junho 2020.pdf	4727247/21-6 - 01/12/2021 - 12:02
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual de Operação MDF03 - Rev Q -Junho 2020.pdf	4727247/21-6 - 01/12/2021 - 12:02

Nome Técnico	Cardioversor
Registro	80332620014
Processo	25351.555003/2017-83
Fabricante Legal	• FABRICANTE: TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	14/02/2028

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
 PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS – CE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL.UNIT Extenso	VL.TOTAL Extenso
4	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR Desfibrilador/Cardioversor Desfibrilador com sistema de Carga Regulável de ondas monofásicas variando de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Seu circuito de aplicação mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra, além de contar com 3 Circuitos de Proteção desligamento por tempo, desligamento por tensão e desligamento por programação Com tempo máximo de carga de 10 segundos, realiza a Descarga Automática de energia armazenada após cada aplicação Acessórios: 1 Cabo de força de 3 pinos 2,50m 1 Par de eletrodos externos adulto PEEI101 Manual do usuário 1 Certificado de garantia. MOD DX10 PLUS (+ MONITOR CARDIACO)	UND	1	EMAI	R\$ 18.543,42	R\$ 18.543,42	dezoito mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos	dezoito mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos
VALOR TOTAL						R\$ 18.543,42	dezoito mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 18.543,42	dezoito mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos	

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação

Validade da Proposta: no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão

FORTALEZA, 24 DE MAIO DE 2022

